

Smittevern – Mobil røntgentjeneste

Gjelder

Brukere av Mobil røntgentjeneste og radiografer.

Hensikt

Hindre spredning av smitte mellom pasienter og institusjoner.

Ansvar

Henviser og institusjonsleder har – på forhånd – ansvar for tydelig å informere om smitte.

Radiografen har ansvar for at prosedyren blir fulgt.

Fremgangsmåte

Sykehjemmet/omsorgsboligens ansvar:

- Ved en utbruddssituasjon på institusjonen bør Mobil røntgen ikke benyttes.
- Dersom det er mulig, bør undersøkelsen vurderes utsatt til pasienten er smittefri.
- Alltid ren pasient i ren seng. Sår skal være godt tildekket med ren bandasje. Evt. bleier skal være tørre
- Institusjonen sørger for beskyttelsesutstyr og desinfeksjonssprit 70 %.

Det vil være nødvendig med assistanse fra pleier ved gjennomføring av undersøkelsen.

Radiografen skal alltid:

- Bruke plastforkle mellom hver pasient
- Desinfisere hender før og etter hver pasient. Utføre håndhygiene som innebærer kortklippede negler, ingen ringer, armbånd eller armbåndsurs
- Tildekke detektor ved hver undersøkelse med bobleplast.

Radiografen skal vurdere bruk av:

- Hansker
- Munnbind
- Øyebeskyttelse

Rengjøring og desinfeksjon av røntgenapparatet:

- Dersom apparatet er synlig tilsølt, må det rengjøres før desinfeksjon.
- Desinfeksjonssprit 70 % brukes ved behov for desinfeksjon, forutsetter synlig rent utstyr. (Virkon/ PeraSafe ødelegger overflaten på utstyret.)
- Unngå at væske trenger inn i utstyr og detektor via kontakter, pluggere, ventilasjonshull eller spalter.

Ved kontaktsmitte (kan f.eks være: Salmonella, Clostridium difficile, strepto-/gule stafylokokker) benyttes:

- Munnbind:
 - Brukes ved fare for sprut av infeksjøs materiale
 - Brukes ved MRSA
- Hansker og frakk
- Tildekking av apparat/utstyr som kan komme i berøring av pasient (bobleplast og gul smittepose)
- Kontaktpunkter desinfiseres med 70 % sprit (forutsatt ingen synlig forurensning)

Ved dråpesmitte (kan for eksempel være: influensa, Norovirus):

- Munnbind
- Hansker og frakk
- Tildekking av apparat/utstyr som kan komme i berøring av pasient (bobleplast og gul smittepose)

- o Kontaktpunkter desinfiseres med 70 % sprit (forutsatt ingen synlig forurensning)

Referanser

e-håndbok BILDE-BS Smittevask av det mobile røntgenutstyret.

Basale smittevernrutiner i helsesektoren

Hånddesinfeksjon

Godkjent av:

Seksjonsleder Åsa Torvund

Dato:

7.11.2013